



IR16 - Raccolta materiali biologici >> Urine (esame citologico e FISH)

La raccolta urine per uroFISH deve essere effettuata utilizzando un contenitore sterile

- ⇒ Raccogliere nel contenitore sterile circa 100 mL di urine fresche emesse con la seconda minzione del mattino (circa metà del barattolo riportato nell'immagine);
- ⇒ riportare sul barattolo i propri dati anagrafici. Non scrivere sul coperchio
- ⇒ consegnare al laboratorio il giorno stesso della raccolta

La raccolta urine per la ricerca delle cellule neoplastiche può essere effettuata anche utilizzando un barattolo non sterile


- ⇒ Scartare le prime urine del mattino
- ⇒ bere 1-2 bicchieri d'acqua e dopo mezz'ora
- ⇒ raccogliere nel contenitore un campione di urine fresche emesse con la seconda minzione del mattino
- ⇒ riportare sul barattolo i propri dati anagrafici. Non scrivere sul coperchio
- ⇒ consegnare al laboratorio il giorno stesso della raccolta

Se la richiesta prevede di raccogliere più campioni

- ⇒ ripetere il procedimento una volta al giorno per il numero di giorni corrispondente ai campioni richiesti e consegnare ciascun campione il giorno stesso della raccolta

ATTENZIONE

Aprire il contenitore sterile solo al momento dell'utilizzo, al fine di evitare contaminazioni.



Contenitore sterile per la raccolta delle urine per esame citologico delle urine e FISH